

0473



Distributed by (in US only)

HENRY SCHEIN INC.
135 DURYEA ROAD
Melville, NY 11747 USA

ECS REP

HENRY SCHEIN U.K. HOLDINGS LTD.
MEDCARE HOUSE, CENTURION CLOSE
GILLINGHAM BUSINESS PARK
GILLINGHAM, ME8 0SB U.K.
www.henryscheinbrand.com**MAINTENANCE:**
Visual check of all instruments with optical magnification (5-10 fold).**INSPECTION:**
No residues > continue to sterilization.
Visible residues > repeat cleaning.
Reject and dispose of instruments in the event of discernible defects.**STERILISATION:**
For all instruments that need to be sterilized in accordance with EN ISO 17664 and all national valid legal requirements:
• Steam sterilization: Appliance according to EN 13060, validated procedure.
• Category 5 or B-sterilizer.
• Holding time: Full cycle 5 min
• Sterilisation temperature: 134°C
• Drying time: 10 min
• Threshold values of contents for feed-water and steam condensates
• Loading of steriliser according to manufacturer's instructions
• Follow manufacturer's operating instructions**STORAGE:**
Store instruments packed and protected from recontamination in proven suitable sterile packaging, cassettes or retainers.**ADDITIONAL INFORMATION:**
Repetitive repressing can change both the look and feel of the instruments slightly, but does not alter the instrument's function.**ES INSTRUCCIONES DE USO****INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ES****RECOMENDACIONES DE USO DE LOS PULIDORES HENRY SCHEIN**
Los pulidores Henry Schein han sido diseñados y fabricados atendiendo a sus necesidades. Un uso inapropiado puede ocasionar daños en los tejidos, un desgaste prematuro o la destrucción del instrumento y un riesgo para el usuario, el paciente o un tercero.**USO ADECUADO**
Se procurará utilizar turbinas, contra-ángulos y piezas de mano que estén en unas condiciones técnicas e higiénicas impecables, en cuanto a mantenimiento y limpieza se refiere. Los turbinas y los contra-ángulos deberán efectuar una rotación exacta. Los instrumentos deberán introducirse en la unidad la máxima posible. Los instrumentos se pondrán a la velocidad de rotación adecuada antes de su aplicación sobre la superficie de tratamiento. A ser posible, pulir mediante ligeros movimientos circulares, para evitar deformaciones. Se deberá evitar la inclinación o el uso del instrumento a modo de palanca, ya que esto aumenta el riesgo de rotura del mismo. Deberán descartarse de inmediato aquellos instrumentos que estén deformados o que no roten perfectamente. Una vez realizado el montaje de la varilla, se centrarán las pulidoras que no se hayan montado, a fin de conseguir un funcionamiento sin vibraciones. Se hará uso únicamente de soportes de alta calidad. El uso de soportes de calidad inferior puede causar la rotura de la varilla y provocar daños. Es necesario el uso de gases de protección. En el caso de uso inadecuado o de defecto del material, los espales, los varilleros y las piezas pueden llegar a romperse y convertirse, de esa manera, en proyectiles peligrosos. De forma alternativa, también se podría trabajar detrás de una pantalla de seguridad. Se deberá hacer uso de una máscara de protección respiratoria, a fin de evitar la inhalación de polvo procedente del pulidor o de las piezas. Además, es recomendable el uso de un sistema de aspiración de polvo.**EL USO INCORRECTO DE LOS INSTRUMENTOS DERIVA EN UNOS MALOS RESULTADOS EN EL TRABAJO Y EN UN RIESGO MAYOR. EL USO DE LOS PRODUCTOS HENRY SCHEIN ESTA RESERVADO ÚNICAMENTE A PERSONAL CALIFICADO.****INSTRUCCIONES SOBRE LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN**
No se deberá exceder nunca la velocidad de rotación máxima permitida. La velocidad de rotación recomendada y la máxima permitida podrán variar de un producto a otro. Cerciórese de cuál es la velocidad de rotación recomendada y la máxima permitida, consultando las indicaciones y la máxima permitida, para la velocidad de rotación recomendada y la máxima permitida, lo que puede llevar a la destrucción del pulidor, la deformación de la varilla y/o la rotura del instrumento, lo que implica un riesgo para el usuario, el paciente o para terceros. El cumplimiento del rango de velocidades de rotación garantiza unos resultados óptimos de trabajo.**EL INCUMPLIMIENTO DE LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN MÁXIMA PERMITIDA CONLLEVA UN AUMENTO DEL RIESGO PARA LA SEGURIDAD.****PRESIÓN EJERCIDA SOBRE EL PULIDOR**
Presiones elevadas pueden destruir el pulidor. Presiones elevadas conllevan una mayor generación de calor. Presiones elevadas pueden conducir a un mayor desgaste del pulidor.**SIEMPRE SE DEBERÁN EVITAR PRESIONES EXCESIVAMENTE ELEVADAS SOBRE EL INSTRUMENTO. DICHAS PRESIONES GENERAN UN SOBRECARGAMIENTO QUE PUEDE PROVOCAR UN DAÑO EN LA PULPA DENTARIA DE LA BOCA. EN CASO EXTREMO, EL INSTRUMENTO PUEDE LLEGAR A ROMPERSE Y PROVOCAR HERIDAS.****REFRIGERACIÓN POR AGUA**
A fin de evitar un exceso de calor no deseado en el diente, se deberá garantizar una refrigeración por agua suficiente (al menos 50 ml/min).**UNA REFRIGERACIÓN POR AGUA INSUFICIENTE PUEDE PROVOCAR DAÑOS IRREVERSIBLES EN EL DIENTE Y EN LOS TEJIDOS CIRCUNDANTES.****INSTRUCCIONES DE TRATAMIENTO ES****ADVERTENCIAS**
Los ácidos o bases fuertes pueden oxidar la varilla de acero inoxidable. Aclarar los pulidores dentales con agua destilada, después del tratamiento con soluciones limpiadoras y desinfectantes. Evitar temperaturas superiores a 150 °C. El baño de ultrasonidos no

- GB INSTRUCTIONS FOR USE
- ES INSTRUCCIONES DE USO
- FR MODE D'EMPLOI
- D GEBRAUCHSANWEISUNG
- IT ISTRUZIONI PER L'USO

deberá sobrepasar temperaturas de más de 42 °C, a fin de evitar una posible coagulación de la albúmina.

RESTRICCIONES DEL REPROCESAMIENTO
Aquellos productos desechables que hayan sido suministrados como no esterilizados y distinguidos con el símbolo (☞), ÚNICAMENTE podrán pasar antes de su primer uso por el ciclo de esterilización validado.**OBSERVACIONES**
Los instrumentos se suministrarán exclusivamente como no esteril y deberán pasar por el ciclo indicado antes y después de cada uso. En la etiqueta de la solución limpiadora y desinfectante deberá indicarse que esta es apta para pulidores de goma o siliconas/siliconas (a juicio de muchos fabricantes, los instrumentos rotatorios no incluyen NINGUN pulidor).**INSTRUCCIONES PREPARACIÓN PARA LA LIMPIEZA:**
Después de cada uso, limpiar previamente con un cepillo (de material plástico) o chorro con agua corriente.**LIMPIEZA MANUAL**
Con cepillo (con cerdas de plástico) a chorro con agua corriente. Asistido por máquinas: Limpieza por ultrasonidos y con los productos de limpieza y desinfección indicados. A continuación, aclarar el instrumental a chorro con agua corriente.**O BIEN LIMPIEZA AUTOMÁTICA**
Terminodesinfector: especificaciones técnicas del fabricante según la norma DIN EN ISO 15883. Programa de limpieza según lo indicado por el fabricante en el manual de instrucciones.**DESINFECCIÓN:**
Hacer uso de una solución desinfectante, indicada especialmente por el fabricante para pulidores de goma y silicona y materiales de plástico. Deberán seguirse las normas de exposición y las concentraciones indicadas por el fabricante.**ACLARADO:**
Aclarar el pulidor dental con agua destilada, después del tratamiento con soluciones limpiadoras y desinfectantes.**SECADO:**
Secar con paños de celulosa nuevos, limpios y sin pelusas.**MANTENIMIENTO:**
Examen visual de todo el instrumental con un aumento óptico (5-10 aumentos).**VERIFICACIÓN:**
Sin residuos > continuar con la esterilización.
Residuos visibles > repetir limpieza.

En caso de que presenten defectos visibles, separar y desechar los instrumentos.

ESTERILIZACIÓN:
Validez para todos los instrumentos que deban ser esterilizados según la Norma EN ISO 17664
• Esterilización por medio de vapor: dispositivo según la Norma EN 13060, procedimiento validado. Categoría: Esterilizador S o B.
• Tiempo de espera: ciclo completo de 5 min
• Temperatura de esterilización: 134 °C
• Tiempo de secado: 10 min
• Valor límite de sustancias contenidas, en el caso de agua de alimentación y del vapor condensado.
• Carga del esterilizador según las indicaciones del fabricante
• Seguir las instrucciones de uso del fabricante.**ALMACENAMIENTO:**
Los instrumentos se conservarán empaquetados y protegidos contra la recontaminación en envases esterilizados, desechados o contenedores especialmente indicados para ello.**INFORMACIÓN ADICIONAL:**
Un reprocesamiento repetitivo puede modificar mínimamente tanto la apariencia como la textura del producto, sin llegar a interferir en la función del mismo.**FR MODE D'EMPLOI****CONSIGNES DE SÉCURITÉ FR****POLY L'UTILISATION DES PULISOIRS HENRY SCHEIN**
Tous les pulissoirs Henry Schein ont été développés et fabriqués pour leur utilisation spécifique. C'est pourquoi une utilisation incorrecte peut provoquer des dégâts sur les tissus, une usure prématurée, la destruction des instruments ou une mise en danger de l'utilisateur, du patient ou de tiers.**UTILISATION CONFORME**
Veiller à utiliser seulement des turbines ainsi que des contre-angles en parfait état technique et hygienique, c'est-à-dire entretenus et nettoyés. Les turbines et contre-angles utilisés sur ces instruments doivent assurer une rotation précise et régulière. Les instruments doivent être insérés aussi profondément que possible. Amener les instruments à la vitesse de rotation souhaitée avant de les appliquer sur la surface à traiter. Éviter les mouvements circulaires dans la mesure du possible pour éviter les coups. Éviter de utiliser les instruments ou de les utiliser comme levier car cela augmente le risque de casse. Les instruments déformés ou à rotation non-concentrique doivent immédiatement être jetés. Après le montage de la tige, les pulissoirs non montés doivent être centrés pour obtenir un fonctionnement sans vibrations. Seuls des supports de haute qualité doivent être utilisés. En cas d'utilisation non conforme ou de défaillance des matériaux, les supports, les tiges ou la partie travaillante peuvent casser et devenir des objets volants dangereux. Il est également possible de travailler derrière une vitre de protection. Le port d'un masque de protection respiratoire est obligatoire pour éviter l'ingestion de poussière du pulsoir ou d'autres pièces. De plus, un système d'aspiration de la poussière est recommandé.**UN UTILISATION NON CONFORME CONDUIT À DE MAUVAIS RESULTATS DE TRAVAIL ET À UN RISQUE ACCRU. LES PRODUITS HENRY SCHEIN DOIVENT ÊTRE UTILISÉS SEULEMENT PAR DES PERSONNES QUALIFIÉES.**

HENRY SCHEIN®

INSTRUCTIONS SUR LA VITESSE DE ROTATION

La vitesse de rotation maximum ne doit jamais être dépassée. Les vitesses de rotation recommandées et autorisées varient d'un produit à l'autre. Vérifier les vitesses de rotation recommandées et maximales autorisées sur l'emballage. En cas de dépassement de la vitesse maximale de rotation, les pulsoirs ont tendance à provoquer des vibrations qui peuvent conduire à la destruction du pulsoir, à la torsion de la tige et/ou à la rupture de l'instrument, et par conséquent mettre en danger l'utilisateur, le patient ou un tiers. Le respect de la plage de vitesse de rotation donne de meilleurs résultats de travail.

LE NON-RESPECT DE LA VITESSE DE ROTATION MAXIMALE AUTHORIZÉE AUGMENTE LES RISQUES POUR L'UTILISATEUR ET LE PATIENT.**PRESSION A EXERCER**
Une pression excessive exercée sur le pulsoir peut le casser. Des pressions élevées génèrent un développement de chaleur important. Les pressions importantes peuvent provoquer une usure prématurée du pulsoir.**LES PRESSIONS TROP IMPORTANTES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE ÉVITÉES. ELLES PROVOQUENT UNE SURCHAUFFE QUI GÉNÈRE DES DOMMAGES SUR LA PULPE. DE PLUS, L'INSTRUMENT PEUT SE CASSER ET PROVOCER DES BLESSURES.****REFROIDISSEMENT PAR EAU**
Pour éviter un développement de chaleur non souhaité sur le dent, il faut assurer un refroidissement à l'eau suffisant (au moins 50 ml/min).**UN REFROIDISSEMENT PAR EAU INSUFFISANT PEUT PROVOCER DES DÉGÂTS IRREVERSIBLES SUR LA DENT ET SUR LES TISSUS ENVIRONNANTS.****MODE D'EMPLOI FR****CONSIGNES D'AVERTISSEMENT**
Les substances acides ou basiques puissantes peuvent oxyder la tige en acier inoxydable. Après le traitement avec des solutions de nettoyage et de désinfection, rincer les pulsoirs à l'eau distillée. Éviter les températures >150 °C. Le bain à ultrasons ne doit pas dépasser une température de 42 °C en raison du risque de coagulation de la protéine.**LIMITES DE LA RÉUTILISATION**
Les produits non stériles jetables fournis marqués du symbole (☞) peuvent subir une perte de qualité de l'instrument suite à la première utilisation.**REMARQUE**
Les instruments sont livrés exclusivement non stériles et doivent subir le cycle recommandé avant et après chaque utilisation. Sur l'étiquette des solutions de nettoyage et de désinfection, la mention "Compatible avec les pulsoirs en caoutchouc ou les plastiques/silicones" doit être expressément indiquée (selon certains fabricants, les pulsoirs ne font PAS partie des instruments rotatifs).**INSTRUCTIONS PRÉPARATION DU NETTOYAGE:**
Pré-nettoyer avec une brosse (plastique) à l'eau courante juste après utilisation.**NETTOYAGE - MANUEL**
Avec une brosse (en plastique) sous l'eau courante. Assisté par une machine: Nettoyage par ultrasons avec des produits de nettoyage et de désinfection adaptés. Rincer ensuite les instruments à l'eau courante.**OU NETTOYAGE AUTOMATIQUE**
Terminodesinfecteur: spécifiques du fabricant en accord avec la norme EN ISO 15883. Programme de nettoyage tel que recommandé par le fabricant dans le manuel d'utilisation.**DÉSINFECTION:**
Utiliser une solution adoptée, validée par le fabricant du produit désinfectant pour les pulsoirs en caoutchouc et en silicone et les plastiques. Le temps d'action et la concentration recommandés par le fabricant doivent être respectés.**RINCAGE À L'EAU CLAIRE:**
Après le traitement avec des solutions de nettoyage et de désinfection, rincer les pulsoirs à l'eau distillée.**SÉCHAGE:**
Sécher avec des chiffons de cellulose secs, propres et non pelucheux.**ENTRETIEN:**
Contrôle visuel de tous les instruments avec grossissement optique (5 à 10 fois).**CONTRÔLE:**
Pas de résidus > poursuivre la stérilisation.
Résidus visibles > renouveler le nettoyage.
En cas de défauts visibles, mettre à l'écart et jeter les instruments.**STÉRILISATION:**
Concerner tous les instruments devant être stérilisés selon la norme EN ISO 17664.
• Stérilisation à la vapeur: appareil selon EN 13060, procédé validé.
• Classe: Stérilisateur S ou B.
• Temps de maintien: cycle complet 5 min
• Température de stérilisation: 134 °C
• Temps de séchage: 10 min
• Valeurs limites des composants pour de l'eau potable et des condensats de vapeur
• Chargement du stérilisateur selon les données du fabricant
• Respecter les instructions d'utilisation du fabricant**STOCKAGE:**
Conserver les instruments à l'abri d'une recontamination dans des emballages pour produits stériles, des cassettes ou des conteneurs adaptés.**INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE:**
Une réutilisation répétée peut modifier l'esthétique aussi bien que le toucher du produit mais ne dégrade pas le fonctionnement des instruments.

D GEBRAUCHSANWEISUNG

ANWENDUNG UND SICHERHEIT

FÜR DIE ANWENDUNG VON HENRY SCHEIN POLIERERN

Alle Polierer wurden für ihre spezifische Anwendung entwickelt und konstruiert. Deshalb kann unsachgemäßer Gebrauch zu Schädigungen an Geweben, zum vorzeitigen Verschleiß, zur Zerstörung der Instrumente und zu einer Gefährdung für den Anwender, den Patienten oder Dritter führen.

SACHGEMÄSSE ANWENDUNG

Es ist darauf zu achten, nur technisch und hygienisch einwandfreie, gewartete und gereinigte Turbinen sowie Hand- und Winkelstücke einzusetzen. Exakter Antriebsrundlauf von Turbine und Winkelstück ist notwendig. Die Instrumente müssen so tief wie möglich eingespant werden. Die Instrumente sind vor dem Ansetzen an das Objekt auf Drehzahl zu bringen. Möglichst in leicht kreisförmigen Bewegungen polieren, um Delien zu vermeiden. Vorkanten oder Hobel ist zu vermeiden, da es zu erhöhter Bruchgefahr führt. Verborgene bzw. nicht rund laufende Instrumente müssen unverzüglich aussortiert werden. Nach der Schaftmontage sind unmontierte Polierer zu zentrieren, um vibrationsfreies Arbeiten zu erreichen. Es dürfen nur qualitativ hochwertige Träger verwendet werden. Minderwertige Träger können brechen und Verletzungen hervorrufen. Eine Schutzbrille ist grundsätzlich zu tragen. Träger, Schäfte oder das bearbeitete Werkstück können bei unsachgemäßem Gebrauch oder Materialfehler brechen und zu gefährlichen Flugobjekten werden. Alternativ kann auch hinter eine Schutzbrille gearbeitet werden. Atemschutz muss getragen werden, um keinen Staub vom Polierer oder vom Werkstück einzatmen. Außerdem ist eine Staubabsaugung empfehlenswert.

UNTSACHGEMÄSSE ANWENDUNG FÜHRT ZU SCHLECHTEN ARBEITSERGEBNISSEN UND ERHÖHTEM RISIKO. DIE ANWENDUNG VON HENRY SCHEIN PRODUKTEN DARF NUR DURCH QUALIFIZIERTE PERSONEN ERFOLGEN.

DREHZAHLANWEISUNGEN

Die maximal zulässige Drehzahl darf nie überschritten werden. Die empfohlenen Drehzahlen und maximal zulässigen Drehzahlen differieren von Produkt zu Produkt. Vergewissern Sie sich über die empfohlenen Drehzahlen und maximal zulässigen Drehzahlen auf der Verpackung. Die Polierer neigen bei Überschreitung der maximal zulässigen Drehzahl zu Schwingungen, die zur Zerstörung des Polierers, Verbiegen des Schafts und/oder zum Bruch des Instruments, d.h. zu einer Gefährdung für den Anwender, den Patienten oder Dritter führen können. Die Einhaltung des empfohlenen Drehzahlbereichs führt zu besten Arbeitsergebnissen. Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko.

ANDRUCKKRÄFTE

Hohe Andruckkräfte können den Polierer zerstören. Hohe Andruckkräfte führen zu hoher Wärmeentwicklung. Hohe Andruckkräfte können zu höherem Verschleiß des Polierers führen.

ÜBERHÖHTE ANDRUCKKRÄFTE MÜSSEN IMMER VERMIEDEN WERDEN. SIE VERURSACHEN ÜBERHITZUNG, DIE IM MUND ZU EINER SCHÄDIGUNG DER POLPA FÜHRT. IM EXTREMFALL KANN AUCH EIN INSTRUMENTENBRUCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN, DER VERLETZUNGEN VERURSACHEN KANN.

WASSERKÜHLUNG

Zur Vermeidung unerwünschter Wärmeentwicklung am Zahn ist eine ausreichende Wasserkühlung (mindestens 50 ml/min) sicherzustellen.

BEI UNZUREICHENDER WASSERKÜHLUNG KANN ES ZU IRREVERSIBLER SCHÄDIGUNG DES ZAHNES UND DES UMLIEGENDEN GEBEWES KOMMEN.

AUFBEREITUNG

WARNHINWEISE

Starke Säuren sowie starke Basen können den Edelstahlstahl oxidieren. Nach der Behandlung mit Reinigungs- und Desinfektionslösungen der Polierer mit destilliertem Wasser klarspülen. Temperaturen >150°C vermeiden. Ultraschallbad darf wegen möglicher Gerinnung von Eiweiß Temperaturen von 42°C nicht überschreiten.

EINSCHRÄNKUNG DER WIEDERAUFBEREITUNG

Unsteril gelieferte Einwegprodukte, die mit dem Symbol (☒) gekennzeichnet sind, dürfen nur vor dem Erstgebrauch EINMALIG den validierten Sterilisationszyklus durchlaufen.

ANMERKUNG

Betreff alle rotierenden Polier- und Schleifinstrumente, die nach RIK-Richtlinie als semikritisch eingestuft sind. Die Instrumente werden ausschließlich unsteril geliefert und müssen vor jedem Gebrauch und nach jeder Benutzung den angegebenen Zyklus durchlaufen. Auf den Reinigungs- und Desinfektionslösungen muss geeignet für Gummipolierer oder Kunststoffe/Silicone ausdrücklich erwähnt sein (rotierende Instrumente beinhalten nach Auffassung vieler Hersteller KEINE Polierer).

ANWEISUNGEN

REINIGUNGSVORBEREITUNG:

Direkt nach der Anwendung mit Bürste (Kunststoff) unter fließendem Wasser vorreinigen.

REINIGUNG: MANUELL

Mit Bürste (Kunststoffborsten) unter fließendem Wasser. Maschinell unterstützt: Ultraschallgestützte Reinigung mit geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Instrumente anschließend unter fließendem Wasser klarspülen.

ODER REINIGUNG: AUTOMATISCH

Thermodesinfektor: Leistungsbeschreibung des Herstellers analog DIN EN ISO 15883. Reinigungsprogramm wie vom Hersteller in der Bedienungsanleitung angegeben.

DESINFEKTION:

Eine vom Desinfektionsmittelhersteller als geeignet eingestufte Lösung für Gummi-, Silikonpolierer und Kunststoffe verwenden. Einwirkzeit und Konzentration, wie vom Hersteller angegeben, sind einzuhalten.

KLARSPÜLEN:

Nach der Behandlung mit Reinigungs- und Desinfektionslösungen der Polierer mit destilliertem Wasser klarspülen.

TROCKNUNG:

Trocknung mit frischem, sauberem, fusselreinem Zellstofftüchern.

WARTUNG:

Schprüfung aller Instrumente mit optischer Vergrößerung (5-10 fach).

KONTROLLE:

Keine Rückstände > weiter zu Sterilisation.
Optische Rückstände > Reinigung wiederholen.
Bei erkennbaren Defekten Instrumente aussortieren und entsorgen.

STERILISATION:

Für alle Instrumente, die gemäß EN ISO 17664 und allen nationalen gültigen gesetzlichen Anforderungen sterilisiert werden müssen.

- Dampfsterilisation: Gerät nach EN 13060, validiertes Verfahren.
- Klasse: S- oder B-Sterilisateur.
- Halbezeit: Vollzyklus 5 min
- Sterilisationstemperatur: 134°C
- Trocknungszeit: 10 min

Gewiszere der Instruktionen für Speisewasser und Dampfdruckensetzung. Die Bedeutung des Sterilizators analog Herstellerangaben. Bedienungsanweisungen des Herstellers befolgen.

LAGERUNG:

Instrumente verpackt und rekombinationsgeschützt in nachweislich geeigneten Sterilgutverpackungen, Kassetten oder Retainern aufbewahren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION:

Wiederholte Wiederaufbereitung kann sowohl die Optik als auch die Haptik des Produktes minimal vermindern, beeinträchtigt die Funktion der Instrumente aber nicht.

II INSTRUKZIONI PER L'USO

DIRETTIVE E NORME DI SICUREZZA

RACCOMANDAZIONI PER L'USO DI LUCIDATORI HENRY SCHEIN

Tutti i lucidatori Henry Schein sono realizzati ad hoc per le vostre esigenze specifiche. Un uso improprio può danneggiare i tessuti, provocare la precoce usura o distruzione del lucidatore, per non parlare dei rischi per l'utente, il paziente o altre persone.

USO CORRETTO

Questi strumenti devono essere utilizzati esclusivamente in abbinamento a turbine, manopoli e contrangoli perfetti sul piano tecnico e igienico, nonché custoditi in modo ineccepibile e puliti correttamente. Le turbine e i contrangoli usati per questi strumenti devono garantire una rotazione precisa e regolare. Inserire il gancio dello strumento il più a fondo possibile nell'unità di comando. Prima di applicare lo strumento sulla superficie da trattare, avviare alla velocità di rotazione necessaria. Per evitare deformazioni, utilizzare lo strumento con movimenti circolari. Non piegare lo strumento né utilizzarlo come leva, per evitare di romperlo. Eliminare immediatamente qualsiasi strumento deformato o a rotazione non concentrica. I lucidatori non montati vanno centrati dopo aver inserito il mandrino, in modo da evitare vibrazioni durante l'uso e utilizzando unicamente mandrini di alta qualità. L'utilizzo di mandrini scadenti potrebbe comportare la rottura dello strumento e provocare lesioni.

Indossare sempre occhiali protettivi. In caso di uso improprio o di malfunzionamento dei materiali, il mandrino, il gancio o altri componenti potrebbero rompersi e diventare oggetti volanti pericolosi. In alternativa all'uso di occhiali protettivi, è possibile anche operare operando utilizzando un box di protezione. L'utilizzo di una maschera respiratoria evita l'inalazione delle polveri prodotte da lucidatori o altri componenti. Raccomandiamo l'impiego di un sistema di aspirazione delle polveri.

L'USO IMPROPRIO DI QUESTI STRUMENTI PRODUCE RISULTATI DI CATTIVA QUALITÀ E MAGGIORI RISCHI. ECCO PERCHÉ VANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE QUALIFICATE.

ISTRUZIONI PER LA VELOCITÀ DI ROTAZIONE

Non superare mai la velocità di rotazione massima indicata. Le velocità di rotazione raccomandata e massima consentite possono variare a seconda del prodotto. Pertanto, si prega di fare riferimento alle velocità di rotazione indicate sulla confezione e nel nostro catalogo prodotti. In caso di mancato rispetto della velocità di rotazione massima consentita, il lucidatore tenderà a vibrare. Tali vibrazioni possono deformare il lucidatore o il gancio, causando la rottura. Se ciò fosse, l'utente, il paziente o altre persone potrebbero subire lesioni. Il rispetto delle velocità di rotazione garantisce risultati ottimali.

IL MANCATO RISPETTO DELLA VELOCITÀ DI ROTAZIONE MASSIMA CONSENTITA AUMENTA I RISCHI PER LA SICUREZZA.

PRESSIONE SUL LUCIDATORE

Una pressione eccessiva esercitata sul lucidatore potrebbe distruggerlo. Una pressione eccessiva esercitata sul lucidatore potrebbe provocare il surriscaldamento. Una pressione eccessiva esercitata sul lucidatore potrebbe provocare una precoce usura.

EVITARE SEMPRE DI ESERCITARE UNA PRESSIONE ECCESSIVA SULLO STRUMENTO, IN QUANTO POTREBBE SURRISCALDARSI, DANNEGGIANDO LA POLPA. INOLTRE, IN CASO DI PRESSIONE ECCESSIVA, LO STRUMENTO POTREBBE ROMPERSI, PROVOCANDO LESIONI ALLE PERSONE.

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

Qndo evitare il surriscaldamento di un dente, occorre garantire un raffreddamento ad acqua sufficiente (50 ml/min).

UN RAFFREDDAMENTO AD ACQUA INSUFFICIENTE PUÒ PROVOCARE DANNI IRREVERSIBILI AL DENTE E AI TESSUTI CIRCOSTANTI.

ISTRUZIONI DI PREPARAZIONE E RITRATTAMENTO

AVVERTENZE

Gli acidi e le basi forti possono ossidare il gancio di acciaio inossidabile. Sciocquare il lucidatore con acqua distillata dopo il trattamento, utilizzando soluzioni detergenti e disinfettanti. Evitare temperature >150°C. Il bagno a ultrasuoni non deve superare temperature di 42°C, per evitare la possibile coagulazione delle proteine.

RESTRIZIONI AL RITRATTAMENTO

I prodotti monouso, forniti in condizioni non sterili e contrassegnati dal simbolo (☒), possono subire il ciclo di sterilizzazione convalidato soltanto UNA VOLTA prima del primo utilizzo.

COMMENTI

Tutti gli strumenti sono forniti in condizioni non sterili e devono essere sottoposti al ciclo indicato prima e dopo ogni utilizzo. L'etichetta apposta sulla soluzione detergente e/o disinfettante deve indicare espressamente "prodotto adatto per lucidatori in gomma o sintetici/siliconi", in quanto, se l'etichetta indica soltanto "strumenti rotanti", la soluzione potrebbe non essere adatta per lucidatori.

ISTRUZIONI

PULIZIA PRELIMINARE:

Pulire preliminarmente con acqua corrente, utilizzando uno spazzolino (in plastica) subito dopo l'utilizzo.

PULIZIA: MANUALE

Con acqua corrente, utilizzando uno spazzolino (con setole in plastica). Con ultrasuoni, utilizzando detergenti e disinfettanti adatti. Sciocquare in seguito gli strumenti con acqua corrente.

OPPURE PULIZIA: AUTOMATICA

Dispositivo di disinfezione termica seguire: specifiche del produttore secondo norma DIN EN ISO 15883. Programma di pulizia specificato dal produttore nelle istruzioni per l'uso.

DISINFEZIONE:

Utilizzare una soluzione classificata come adatta per lucidatori in gomma e silicone e sintetici dal produttore del disinfettante. Attenersi ai tempi di esposizione e alle concentrazioni raccomandati dal produttore.

RISICUARIO:

Risicocquare i lucidatori con acqua distillata dopo il trattamento con soluzioni detergenti e disinfettanti.

ASCIUGATURA:

Asciugare con tessuti freschi, puliti, in cellulosa, che non lascino peli.

MANUTENZIONE:

Controllo visivo di tutti gli strumenti con ingrandimento ottico (5-10x).

ISPEZIONE:

Assenza di residui > continuare la sterilizzazione.

Residui visibili > ripetere la pulizia.

Startare ed eliminare gli strumenti con difetti visibili.

STERILIZZAZIONE:

Tutti gli strumenti vanno sterilizzati secondo la norma DIN EN ISO 14664 ed in osservanza delle norme vigenti nel territorio nazionale.

- Sterilizzazione a vapore: apparecchiatura secondo norma EN 13840, procedura convalidata. Categoria: autoclavi di classe S e B
- Tempo di sterilizzazione: Ciclo completo di 5 min
- Temperatura di sterilizzazione: 134°C
- Tempo di asciugatura: 10 min
- Valori soglia dei contenuti dell'acqua in entrata e della condensa di vapore
- Caricamento dello sterilizzatore secondo istruzioni del produttore
- Attenersi alle istruzioni per l'uso impartite dal produttore

CONSERVAZIONE:

Conservare gli strumenti imballati e protetti, evitando la ricontaminazione, in confezioni, vassoi o supporti sterili adatti all'uso.

ALTRE INFORMAZIONI:

Il ritrattamento ripetuto può modificare sensibilmente l'aspetto e la percezione al tatto degli strumenti, senza però interferire con la funzionalità.